



En cas de fissuration

C'est le constat d'une fuite de liquide (soluté, sang) ou d'une coupure accidentelle sur le tuyau ou sur l'embase du cathéter veineux central.

- **Clamper immédiatement avec la pince à clamer bleue vers l'enfant au-dessus de l'incident.**
- **Protéger avec des compresses imbibées d'antiseptique l'endroit de la brèche.**
- Une fois le cathéter clamper, **téléphonez dans le service du centre agréé ou de l'hôpital de proximité, pour prévenir de votre arrivée.**
- À l'hôpital, le cathéter sera réparé (kit de réparation).